ORTHOFIX

ISKD

Manufacturer name
ORTHOFIX SRL, via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (VR) Italy
Tel. +39 045 6719000 - Fax 0039 045 6719100

CE 0123

EN

IMPORTANT INFORMATION - Please read prior to use
ISKD SYSTEM - INTRAMEDULLARY SKELETAL KINETIC DISTRACTOR - (Internal Limb Lengthener) - RX ONLY

INDICATIONS FOR USE

The ISKD system is indicated for limb lengthening of the tibia and femur.

DESCRIPTION

The ISKD system is an internal limb lengthening device designed to achieve gradual lengthening of the tibiaand femur. The system consists of a telescoping Internal Limb Lengthener, Locking Screw, assembly instrumentation. As the patient performs small rotational oscillations of the limb, the ISKD Internal Limb Lengthener gradually distracts. The rate of distraction can be varied by changing the patient's rotational frequency. The ISKD Internal Limb Lengthener is implanted submuscularly with the aid of distraction achesive. Patient progression is monitored radiographically throughout the course of the system. Please refer to the appropriate Operative Technique for instructions regarding X-ray technique, limb segmentation, and surgical technique.

CONTRAINDICATIONS

- Cases in which there is an active infection or irregular bone diameter that would prevent the insertion of the ISKD Internal Limb Lengthener.
- Cases in which the ISKD Internal Limb Lengthener would cross joint spaces or open epiphyseal growth plates such as in skeletally immature patients.
- Cases in which there is an abbreviated soft tissue envelope or all other conditions that tend to retard healing such as blood supply limitations, peripheral vascular disease or evidence of inadequate circulation.
- Patients with poor bone quality, such as osteoporosis, osteopenia or bone cysts owing to the implant pressure, osteomyelitis, poorly controlled diabetes, hepatic disease, etc.
- Patients who are unwilling to cooperate with the prescribed limb lengthening regimen.
- Patients unwilling to accept the risks, complications, and adverse effects of the device.
- Cases requiring the use of magnetic resonance imaging (i.e., MRI) while the ISKD Internal Limb Lengthener is implanted. **Do Not Subject Patients Implanted with an ISKD Internal Limb Lengthener to MRI.**

WARNINGS

The ISKD Internal Limb Lengthener and Locking Screw assembly cannot withstand the stresses of full weight bearing. The patient should refrain from weight bearing on the operative limb until bone consolidation occurs.

Use of the ISKD System in patients with cardiac pacemakers is not recommended due to the presence of the magnet sealed inside the ISKD Internal Limb Lengthener. It is possible that the limb lengthening device may interfere with the operation of the pacemaker or vice-versa, if in close proximity.

The ISKD System is not known to be safe and effective in children.

Use of the ISKD System in pregnant patients has not been established.

Use of the ISKD System in patients with a history of allergic reaction to titanium is not recommended.

Smoking, chronic steroid use and the use of other anti-inflammatory drugs have been determined to affect bone healing and could potentially have an adverse effect on the bone regeneration during the lengthening process.

The ISKD Lengthener and Locking Screws must not be reused. Reuse could result in device malfunction and cross contamination/surgical re-intervention in response to implant failure.

PRECAUTIONS

Examine all ISKD System components carefully PRIOR TO USE to assure proper working condition. Do not use damaged components. Damaged components may cause failure of the device.

Once implanted, the ISKD Internal Limb Lengthener will not stop distracting until it reaches the length pre-determined by the physician. Refer to the appropriate Operative Technique for instructions regarding the use of the Locking Screw assessment, and proper ISKD implant selection.

To ensure proper device functioning, mark to a width of 2.0 mm greater than the Lengthener diameter. Failure to do so can result in device malfunction and/or soft tissue irritation.

Do not remove or replace the Lengthener or Locking Screw. Doing so may result in device malfunction necessitating surgical re-intervention to remove or replace the Lengthener or Locking Screw.

It is essential that proper operative technique be followed for ISKD implantation. Refer to the appropriate Operative Technique for instructions.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

- Pain or wound drainage resulting from insertion in the intramedullary canal.
- Edema or swelling, possible compartment syndrome, wound or bone infection.
- Premature bone consolidation (docking site) or premature lengthening (docking site) or slowing or a lack of osteogenic distraction if lengthening occurs too rapidly.
- Delayed bone consolidation, non-union, fracture, refracture or malunion of the lengthening.
- Poor quality bone regenerate which fails to consolidate satisfactorily.
- Fracture of regenerate bone.
- Bending or breakage of the Internal Limb Lengthener, loosening, bending or breakage of Locking Screw.
- Inability to replace or remove the Internal Limb Lengthener or Locking Screw(s).
- Nerve, vascular, or tendon injury.
- Metal sensitivity or allergy at the osteotomy site.
- Pulmonary embolism and thromboembolic disease or increased intramedullary pressure. These effects may be avoided by venting the intramedullary canal. (See operative technique.)
- Patient / tissue pain, discomfort and avascular necrosis.
- Intrinsic risks associated with anesthesia and surgery.
- Risks associated with the lengthening process (e.g., soft tissue tension, muscle tightness, joint stiffness, temporary loss of motion, contracture, loss of alignment or loss of range of motion, etc.)
- Amputation.

IMPORTANT

- A successful result is not achieved in every surgical case. Additional complications may develop at any time due to improper use, medical reasons or device failure that require surgical re-intervention to remove or replace the device prematurely. Proper medical judgment and patient selection and the patient's ability to comply with postoperative care instructions will greatly affect the results.

MATERIALS

The surfaces that come into contact with the ISKD Internal Limb Lengthener and Locking Screws are made from implant grade titanium alloy. The ISKD Instruments are comprised of medical grade stainless steel.

STERILITY

STERILE & NON STERILE Product
- Orthofix provides certain devices STERILE while others are provided NON-STERILE. Please review the product label to determine the sterility of the product.
- Devices or kits provided STERILE are labeled as such. Contents of package are STERILE unless package is opened or damaged. Do not use if package is opened or damaged.
- Orthofix recommends that all NON-STERILE components be properly cleaned and sterilized before use. Components should be cleaned and sterilized before each use in the operating room.
- Product integrity and performance are assured only if packaging is undamaged.

Cleaning, Sterilization and Maintenance

Cleaning is an essential pre-requisite to ensure effective disinfection or sterilization. All instruments must be cleaned prior to use and after each use in the instruments. Cleaning may be done following the validated cleaning process described and instruction procedures. Please refer to section below.

Product integrity and performance are assured only if packaging is undamaged.

Cleaning, Sterilization and Maintenance

Cleaning is an essential pre-requisite to ensure effective disinfection or sterilization. All instruments must be cleaned prior to use and after each use in the instruments. Cleaning may be done following the validated cleaning process described and instruction procedures. Please refer to section below.

Product integrity and performance are assured only if packaging is undamaged.

WARNINGS

- Aluminum based instruments are damaged by alkaline (pH>7) detergents and solutions.
- Anodized coating is damaged by detergents with free hydrogen ions or sodium hydroxide.
- Detergents and disinfectants with hydrogen peroxide may cause discoloration of anodized components. **DO NOT USE**
- **PRODUCTS LABELED FOR SINGLE-USE MUST NOT BE REUSED.**
- Complex devices such as those with lumens, hinges or other design features should be thoroughly manually pre-cleaned before automated washing in order to remove soiling that accumulates in recesses.

Limitations and restrictions on reprocessing

- Repeated reprocessing has minimal effect on instruments, if used and handled as directed.
- End of life is normally determined by wear and damage due to use.

Point of use

- It is recommended that instruments are reprocessed as soon as is reasonably practicable following use, putting them inside a sink filled with cold water (< 40°C) or a neutral pH solution for at least 3 minutes to prevent blood from drying on the instruments.
- Ensure use a heating detergent or hot water as this can cause the fixation of residue which may influence the result of the subsequent cleaning.

Containment and transportation

- Follow hospital guidelines when handling contaminated and bio-hazardous materials).
- All used surgical instruments should be regarded as contaminated. Then bagging, collection and transportation should be performed in a manner designed to minimize any possible risks to patients, personnel and equipment and should also be appropriately enclosed.

Preparation for decontamination

- Disassemble the devices where applicable. See Orthofix operative techniques for further details.

Cleaning - Manual

- Rinse with tap water components in the cleaning solution. Orthofix recommends the use of a pH-neutral enzymatic cleaning agent. Please refer to detergent's instructions for use about the concentration of the solution, required time and temperature.
- Thoroughly rinse the single components in a deionized/demineralized water solution. Orthofix recommends the use of a pH-neutral enzymatic or slightly alkaline solution. Please refer to detergent's instructions for use about the concentration of the solution, required time and temperature.
- Rinse the components in sterile or freshly prepared purified water.
- Carefully dry with a drying cloth, absorbent, non-shedding cloth or industrial dryer for at least five minutes.

Cleaning - Automated

- When the devices to be cleaned have lumens or present complexity, a preliminary manual cleaning may be required.
- Use a validated, properly maintained and calibrated washer disinfector.
- Place all the components in the washer baskets.
- Orthofix recommends the use of a pH-neutral enzymatic or slightly alkaline solution. Please refer to detergent's instructions for use about the concentration of the solution, required time and temperature.
- Ensure that components do not touch or overlap.
- Start the washer disinfector cycle.
- Remove components from the washer basket and allow to dry.

Maintenance

- Inspect all components after cleaning and sterilization.
- Ensure that all components are free of visible residue.
- Ensure that all components are undamaged and fully functional.
- Damaged components may cause failure of the device.
- Return damaged or worn components to Orthofix for repair or replacement.

Sterilization

- Sterilization is a validated process used to render a product free from viable microorganisms. In a healthcare environment, sterilization is required for critical devices that enter sterile tissue, the bloodstream or through which fluid passes.
- Recommended sterilization parameters are listed in the following table.
- Ensure sterilizer is maintained and calibrated according to manufacturer's instructions.
- Only sterilize components that have been cleaned and dried.
- Sterilize components in packaging that is validated for sterilization.
- Ensure sterilizer is not overloaded.
- Allow sterilized components to cool before removing from sterilizer.
- Store sterilized components in a dry, clean and dust-free environment at room temperature.

Steam sterilizer type	Pre-vacuum
Minimum exposure Temperature	132°C (270°F)
Minimum exposure Time	4 minutes
Drying Time	30 minutes

Storage

Store the sterilized instrument in a dry, clean and dust-free environment at room temperature.

Manufacturer contact

Please contact your Orthofix sales representative for further details.

Disclaimer

All information provided above have been validated by Orthofix as being a true description of the preparation of a device for first clinical use or for re-use of multiple use devices. It remains the responsibility of the reprocessor to ensure that the reprocessing, as actually performed using equipment, materials and personnel in the reprocessing facility, achieves the desired result. This normally requires validation and routine monitoring of the process. Any deviation from the above mentioned sterilization processes should be adequately recorded. Likewise any deviation by the reprocessor from the above mentioned cleaning instructions should be assessed for effectiveness and potential adverse effects and should also be appropriately recorded.

References:

- ANSI/AAMI ST81 - Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers
- ANSI/AAMI ST79 - Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities
- ANSI/AAMI ST35 - Safety and effectiveness for multiple sterilization and reuse of reusable devices
- ANSI/AAMI ST77 - "Containment devices for reusable medical device sterilization"
- ANSI/AAMI ST79 - "Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities"
- ISO 17664 - "Packaging for terminally sterilized medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - Moist heat" - Requirements, Terms and Definitions and tests"
- ISO 17664 - "Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - moist heat"

SYMBOLI

	See instructions for use
	Single use. Do not reuse
STERILE EO	STERILE: Sterilized with ethylene oxide
STERILE R	STERILE: Sterilized by irradiation
NON STERILE	NON STERILE
	Catalogue number
	Lot number
	Expiry date (year-month-day)
	Titanium and its Alloys
	Conformity to directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC
	Date of manufacture/Manufacturer
	Do not use if package is opened or damaged
RX ONLY	Federal (U.S.A.) Law restricts this device to use by or on the order of a physician.

Sterilizzazione:

- Si consiglia di eseguire la sterilizzazione a vapore. Evitare la sterilizzazione con gas glassa, a calori secco o con altri metodi. Non è stata convalidata la sterilizzazione con altri metodi.
- Rimuovere tutti i componenti e vapore aggressivo, collocare il vassoio in apposita sterilizzatrice. Non superare i 140°C (284°F).
- Lasciare raffreddare il vassoio e i componenti sterilizzati prima di rimuovere dalla camera sterile.
- Non sterilizzare più volte. Ogni ciclo di sterilizzazione addizionale può provocare una riduzione di vita utile.

Pulizia - Manuale

- Immergere i singoli componenti nella soluzione detergente. Orthofix raccomanda l'uso di un detergente enzimatico a pH neutro. Per informazioni sulla concentrazione della soluzione, sul tempo e sulla temperatura fare riferimento alla scheda tecnica del produttore del detergente.
- Risciacquare accuratamente i componenti singoli in acqua demineralizzata/deionizzata. Orthofix raccomanda l'uso di una soluzione a pH neutro enzimatica o leggermente alcalina. Per informazioni sulla concentrazione della soluzione, sul tempo e sulla temperatura fare riferimento alla scheda tecnica del produttore del detergente.
- Risciacquare i componenti in acqua sterile o depurata preparata al momento.
- Asciugare accuratamente a mano, utilizzando un panno di spugna assorbente che non lasci residui e un asciugatore industriale.

Manutenzione, ispezione e test

- Ispezionare tutti i componenti dopo gli strumenti e i componenti dei prodotti con una buona illuminazione per verificare che non siano presenti residui visibili sugli strumenti.
- Verificare che tutti i componenti siano integri e completamente funzionali. Rimuovere eventuali componenti danneggiati dal gruppo.
- Restituire a Orthofix componenti danneggiati o usurati per riparazione o sostituzione.

Sterilizzazione

- Si consiglia di eseguire la sterilizzazione a vapore. Evitare la sterilizzazione con gas glassa, a calori secco o con altri metodi. Non è stata convalidata la sterilizzazione con altri metodi.
- Rimuovere tutti i componenti e vapore aggressivo, collocare il vassoio in apposita sterilizzatrice. Non superare i 140°C (284°F).
- Lasciare raffreddare il vassoio e i componenti sterilizzati prima di rimuovere dalla camera sterile.
- Non sterilizzare più volte. Ogni ciclo di sterilizzazione addizionale può provocare una riduzione di vita utile.

Conservazione

Conservare lo strumento sterilizzato in ambiente asciutto, pulito e libero da polveri, a temperatura ambiente.

Contatto produttore

Per ulteriori dettagli rivolgersi al rappresentante di vendita locale Orthofix.

Limitazione di responsabilità

Le istruzioni sopra riportate sono considerate da Orthofix come la descrizione a cui attenersi per la preparazione di un dispositivo per il primo utilizzo o per il riutilizzo di dispositivi riutilizzabili. Risulta sotto la diretta di responsabilità dell'operatore verificare che il trattamento stesso, eseguito utilizzando attrezzature, materiali e personale presenti nella struttura in cui viene effettuata la rielaborazione, consenta di ottenere il risultato desiderato. Ciò richiede normalmente la validazione e il controllo di routine del processo. Qualsiasi deviazione dai procedimenti di sterilizzazione sopra menzionati deve essere adeguatamente documentata. Analogamente, ogni deviazione da parte dell'operatore dalle istruzioni di pulizia sopra citate deve essere valutata in modo appropriato per quanto concerne l'efficacia e le potenziali conseguenze negative e deve essere adeguatamente documentata.

Bibliografia:

- ANSI/AAMI ST81 - Progettazione, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers"
- ANSI/AAMI ST79 - Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities
- ANSI/AAMI ST35 - Safety and effectiveness for multiple sterilization and reuse of reusable devices
- ANSI/AAMI ST77 - "Containment devices for reusable medical device sterilization"
- ANSI/AAMI ST79 - "Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities"
- ISO 17664 - "Packaging for terminally sterilized medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - moist heat" - Requirements, Terms and Definitions and tests"
- ISO 17664 - "Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - moist heat"

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES à lire avant toute utilisation
SYSTÈME ISKD - DISTRACTION CINÉTIQUE SQUELETTIQUE INTRAMÉDULLAIRE - Allongeur de membre interne - UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION

INDICATIONS D'UTILISATION

Le système ISKD est destiné à l'allongement du tibia et du fémur.

DESCRIPTION

Le système ISKD est un dispositif interne d'allongement des membres conçu pour allonger progressivement le tibia et le fémur. Il comprend un allongeur interne à vis télescopique, une vis de verrouillage et d'instrumentation. Lorsque le patient effectue de légères oscillations rotatives de la cheville, l'allongeur interne de rééducation ISKD se distracte progressivement. La vitesse de distraction peut être modifiée en modifiant la fréquence de rotation du pied du patient. L'allongeur ISKD est implanté sous-musculaire à l'aide d'un adhésif de distraction. Le suivi de la progression du patient est réalisé par radiographie pendant toute la durée du traitement. Se référer à la technique opératoire appropriée pour obtenir des instructions concernant la technique radiographique, la segmentation du membre et la technique chirurgicale.

CONTRE-INDICATIONS

- Cas d'infection active ou de diamètre d'os irrégulier qui empêcherait l'insertion de l'élongateur de membre interne ISKD.
- Cas dans lesquels l'élongateur de membre interne ISKD risquerait de traverser les interlignes articulaires ou les cartilages de croissance épiphysaires ouverts, comme par exemple chez les patients immatures du squelette.
- Cas dans lesquels l'insuffisance en tissus mous ou d'autres conditions risquant de ralentir la cicatrisation, comme l'irrigation sanguine limitée, une maladie vasculaire périphérique ou des signes d'insuffisance circulatoire.
- Patients souffrant d'une qualité osseuse médiocre ou de maladies métaboliques osseuses telles qu'une ostéoporose grave, une ostéopénie, une ostéomyélite, un diabète sucré non stabilisé, la présence de kystes osseux, etc.
- Personnes qui ne veulent pas suivre le traitement d'allongement de membre prescrit.
- Patients refusant les risques liés à l'utilisation de ce dispositif.
- Cas nécessitant le recours à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pendant l'implantation de l'élongateur de membre interne ISKD. **Ne soumettez pas les patients sur lesquels un élongateur de membre interne ISKD a été implanté à un examen par IRM.**

AVERTISSEMENTS

- L'ensemble formé par l'élongateur de membre interne ISKD et les vis de verrouillage n'est pas conçu pour supporter les contraintes d'une mise en charge totale. Le patient doit employer un appareil orthopédique pour éviter de mettre en charge le membre opératoire pendant la consolidation osseuse.
- L'emploi du système ISKD chez des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque est déconseillé en raison de la présence de l'aimant scellé à l'intérieur de l'élongateur de membre interne ISKD. Il est possible que le système d'allongement de membre et le stimulateur cardiaque interfèrent l'un avec l'autre s'ils sont placés à proximité immédiate.
- Le système ISKD n'a pas été testé pour garantir son innocuité et son efficacité chez les enfants.
- L'utilisation du système ISKD chez des patientes porteuses d'un stimulateur cardiaque est déconseillée en raison de la présence de l'aimant scellé à l'intérieur de l'élongateur de membre interne ISKD. Il est possible que le système d'allongement de membre et le stimulateur cardiaque interfèrent l'un avec l'autre s'ils sont placés à proximité immédiate.
- Les effets potentiels du tabagisme, d'une corticothérapie chronique et d'autres médicaments anti-inflammatoires sur la consolidation osseuse n'ont pas été déterminés et pourraient avoir un effet négatif sur la régénération osseuse pendant le processus d'allongement.
- Les vis de verrouillage et l'élongateur de membre interne ISKD ne doivent pas être réutilisés. La réutilisation peut entraîner une défaillance du dispositif et/ou une contamination croisée et/ou une réintervention chirurgicale en réponse à la défaillance du dispositif implanté.

Avertissements et précautions

- Examiner attentivement tous les composants du système ISKD AVANT UTILISATION, pour garantir le bon fonctionnement. Ne pas utiliser de composants endommagés. Les composants endommagés risquent de provoquer la défaillance du dispositif.
- Une fois implanté, l'élongateur de membre interne ISKD poursuivra la distraction jusqu'à atteindre la longueur prédéterminée par le médecin. Se référer à la technique opératoire appropriée pour obtenir des instructions sur la technique radiographique, le mesure des membres et la mise en place correcte de l'implant ISKD.
- Afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif, procédez à un alésage supérieur de 2,0mm au diamètre de l'élongateur. Le non-respect de cette recommandation risque de provoquer un dysfonctionnement du dispositif et/ou une irritation des tissus mous.
- Ne retirez pas et ne remplacez pas l'élongateur ou la vis de verrouillage. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement du dispositif nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer ou remplacer l'élongateur ou la vis de verrouillage.
- Il est essentiel de suivre la technique opératoire appropriée lors de l'implantation du dispositif ISKD. Pour plus d'informations, se référer à la technique opératoire appropriée.

Préparation à la décontamination

- Démonter les dispositifs lorsque cela est possible. Pour des informations plus détaillées, consultez les techniques opératoires Orthofix.

Nettoyage - Manuel

- Rincer les composants dans la solution de nettoyage. Orthofix recommande l'utilisation d'un détergent enzymatique à pH neutre. Veuillez vous référer aux instructions du détergent pour connaître la concentration de la solution, le temps et la température requis.
- Rincer soigneusement les composants individuels dans une solution d'eau déminéralisée/désionisée. Orthofix recommande l'utilisation d'une solution enzymatique à pH neutre ou légèrement alcaline. Veuillez vous référer aux instructions du détergent pour connaître la concentration de la solution, le temps et la température requis.
- Rincer les composants dans de l'eau stérile ou purifiée fraîchement préparée.
- Sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon absorbant non pelucheux ou un appareil de séchage industriel pendant 5 minutes au moins.

Nettoyage - Automatisé

- Lorsque les dispositifs à nettoyer comportent des lumens ou de complexités, un nettoyage manuel préliminaire peut être nécessaire.
- Utilisez un laveur-désinfecteur validé, correctement entretenu et étalonné.
- Placez tous les composants dans les paniers du laveur-désinfecteur.
- Orthofix recommande l'utilisation d'une solution enzymatique à pH neutre ou légèrement alcaline. Veuillez vous référer aux instructions du détergent pour connaître la concentration de la solution, le temps et la température requis.
- Veillez à ce que les composants ne se touchent pas et ne se chevauchent pas.
- Lancez le cycle du laveur-désinfecteur.
- Retirez les composants du panier du laveur-désinfecteur et laissez sécher.

Entretien, inspection et test

- Contrôlez soigneusement tous les composants de tous les composants du produit et les instruments, dans de bonnes conditions d'éclairage. Si l'équipement ne paraît pas propre, rejetez la procédure de nettoyage/désinfection et répétez-la.
- Vérifiez que tous les composants sont en bon état et fonctionnels. Retirez les composants endommagés du lot.
- Renvoyez les composants endommagés ou usés à Orthofix pour réparation ou remplacement.

Stérilisation

- La stérilisation à la vapeur est recommandée. La stérilisation au plasma, à la chaleur sèche et à l'oxyde d'éthylène et désinfectants de ces techniques n'ont pas été validées pour les produits Orthofix.
- Utilisez un stérilisateur à vapeur correctement entretenu et étalonné.
- Le cycle de stérilisation doit être approprié pour le matériau à stériliser.
- La température ne doit pas dépasser 140°C (284°F).
- Les composants doivent être stérilisés dans un emballage validé pour la stérilisation.
- Stérilisez un seul plateau à la fois, en utilisant un cycle à pleine fraction conformément au tableau ci-dessous :

Type de stérilisateur à vapeur	Prévide
Température minimale d'exposition	132°C (270°F)
Temps minimal d'exposition	4 minutes
Durée de séchage	30 minutes

Stockage

Stockez l'instrument stérilisé dans un lieu sec, propre et dénué de poussière, à température ambiante.

Contact du fabricant

Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter votre représentant local Orthofix.

Déclaration de responsabilité

Les instructions fournies dans le présent document ont été validées par Orthofix dans la mesure où elles décrivent avec précision la préparation d'un dispositif avant sa première utilisation ou sa réutilisation dans le cas de dispositifs réutilisables. Il incombe à la personne chargée du retraitement de s'assurer que le traitement, réalisé à l'aide de l'équipement, des matériaux et du personnel de la installation de traitement du matériel par le personnel de site de retraitement, disséminé au résultat désiré. Normalement, ceci nécessite la validation et le contrôle routinier du processus. Toute déviation par rapport aux procédures de stérilisation et de désinfection décrites ci-dessus doit être correctement enregistrée. De même, toute déviation par rapport aux instructions de nettoyage susmentionnées par le retraitement doit être évaluée en termes d'efficacité et d'effets indésirables potentiels et doit également être correctement enregistrée.

Références :

- ANSI/AAMI ST81 - "Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers"
- ANSI/AAMI ST79 - "Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities"
- ANSI/AAMI ST35 - "Safety and effectiveness for multiple sterilization and reuse of reusable devices"
- ANSI/AAMI ST77 - "Containment devices for reusable medical device sterilization"
- ANSI/AAMI ST79 - "Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities"
- ISO 17664 - "Packaging for terminally sterilized medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - Moist heat" - Requirements, Terms and Definitions and tests"
- ISO 17664 - "Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices"
- ISO 17665 - "Sterilization of health care products - moist heat"

SYMBOLES

	Attention, consulter les instructions d'utilisation
	Ne pas réutiliser
STERILE EO	STÉRILISÉ à l'oxyde d'éthylène
STERILE R	STÉRILISÉ par rayons Gamma
NON STERILE	NON STÉRILISÉ
	Numéro de référence
LOT	Numéro de lot
	Date de péremption (année-mois-jour)
	Titane et alliages de titane
CE 0123	Mantique CE conformément à la MDD 93/42/CEE tel que modifié par le règlement 2007/47/CE
	Date de fabrication/fabricant
RX ONLY	Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

DE

WICHTIGE INFORMATIONEN - bitte vor Gebrauch lesen
ISKD-SYSTEM – KINETISCHES INTRAMEDULLÄRES DISTRAKTIONSSYSTEM – (internes Gliedmaßenverlängerungssystem) – VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG

INDIKATIONEN

Das ISKD ist für Gliedmaßenverlängerungen von Tibia und Femur indiziert.

BESCHREIBUNG

Das ISKD-System ist eine interne Verriegelung zur Gliedmaßenverlängerung, die zu graduellen Verlängerungen der Tibia und des Femurs dient. Das System besteht aus einer internen Gliedmaßenverlängerung, einer Verriegelungsschraube und Instrumenten. Wenn der Patient kleine Drehbewegungen der Gliedmaße ausführt, entlastet sich der interne ISKD-Verlängerung zur Gliedmaßenrehabilitation graduell. Die Distraktionsgeschwindigkeit kann durch Änderung der Rotationsfrequenz des Patienten variiert werden. Der ISKD-Verlängerung wird submuskulär mit Hilfe von Distraktionsklebstoff implantiert. Der Patientenfortschritt wird während des gesamten Systems radiographisch überwacht. Informationen zur Röntgentechnik, zur Segmentierung von Gliedmaßen und zur chirurgischen Technik finden Sie in der entsprechenden Operationstechnik-Broschüre.

KONTRAINDIKATIONEN

- Aktive Infektionen oder unregelmäßige Knochendurchmesser, die der Einführung des internen Gliedmaßenverlängerungssystems ISKD entgegenstehen.
- Fälle, in denen das interne Gliedmaßenverlängerungssystem ISKD Gelenkräume oder geöffnete Wachstumsfugen öffnen würde, was bei Patienten mit noch nicht voll entwickeltem Skelett
- Infizierter Markraum oder andere Krankheiten, die den Heilungsprozess verzögern können, wie beispielsweise Durchblutungsprobleme, periphere Gefäßerkrankungen oder Anzeichen einer unzureichenden Durchblutung.
- Patienten mit schlechter Knochenqualität oder Stoffwechselstörungen im Knochenbereich, z. B. Osteoporose, Osteopenie oder Knochenzysten aufgrund des Implantatdrucks, Osteomyelitis, schlecht eingestellter Diabetes, Lebererkrankungen, etc.
- Patienten mit Mängeln oder einem Fuman um ein wiedergewonnen Knochen.
- Patienten, die nicht bereit sind, mit dem vorgeschriebenen Gliedmaßenverlängerungsregime zu kooperieren.
- Patienten, die nicht bereit sind, die Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen des Geräts zu akzeptieren.
- Fälle, in denen eine Magnetresonanztomographie (MRT) erforderlich ist, während das interne ISKD-Gliedmaßenverlängerungssystem implantiert ist. **Unterziehen Sie Patienten mit implantiertem ISKD-Gliedmaßenverlängerungssystem nicht einer MRT-Untersuchung.**

WARNHINWEISE

- Der ISKD interne Verlängerungsnagel und die Verriegelungsschrauben sind nicht voll belastungsfähig. Der Patient sollte darauf achten, das operierte Bein nicht zu belasten, bis eine Knochenkonsolidation stattgefunden hat.
- Die Verwendung des ISKD-Systems bei Patienten mit Herzschrittmachern wird nicht empfohlen, da der eingebaute Magnet im ISKD interne Verlängerungsnagel eingebaut ist. Es ist möglich, dass der Körpereigene Herzschrittmacher und das Verlängerungssystem sich gegenseitig beeinflussen, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden.
- Die Verwendung des ISKD-Systems bei Kindern ist nicht bekannt.
- Die Verwendung des ISKD-Systems bei schwangeren Patientinnen wird nicht empfohlen.
- Die Verwendung des ISKD-Systems bei Patienten mit einer Titanallergie wird nicht empfohlen.
- Rauchen, chronische Steroidanwendung und die Anwendung anderer entzündungshemmender Medikamente wurden als Faktoren identifiziert, die sich negativ auf die Knochenheilung auswirken und potenziell einen negativen Einfluss auf die Knochenregeneration während des Verlängerungsprozesses haben können.
- Die Verlängerungsnägel und Verriegelungsschrauben dürfen nicht wiederverwendet werden. Bei einer Wiederverwendung kann es zu einer Fehlfunktion der Vorrichtung kommen, die einen erneuten chirurgischen Eingriff zur Entfernung bzw. Ersetzung des Implantats erforderlich machen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Untersuchen Sie alle ISKD Systemkomponenten VOR DER VERWENDUNG, gründlich, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten, weder beschädigt sein, darf ist! Beschädigte Komponenten können zu Fehlfunktionen führen.
- Ist das interne ISKD-Verlängerungsnagel implantiert, wird dieser nicht aufhören, zu distrahieren, bis der vom Arzt vorgegebene Länge erreicht ist. Siehe die entsprechende Operationstechnik-Broschüre für Informationen zur Verwendung der Verriegelungsschraube und zur Auswahl des richtigen ISKD-Implantats.
- Um eine ordnungsgemäße Funktion der Vorrichtung zu gewährleisten, muss bis auf einen Durchmesser von 2,0mm größer als der Durchmesser des Verlängerungsnagels gebohrt werden. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion der Vorrichtung kommen, die einen erneuten chirurgischen Eingriff zur Entfernung bzw. Ersetzung des Implantats erforderlich machen kann.
- Entfernen oder ersetzen Sie den Verlängerungsnagel oder die Verriegelungsschrauben nicht. Dies könnte zu einer Fehlfunktion der Vorrichtung führen, die einen erneuten chirurgischen Eingriff zur Entfernung bzw. Ersetzung des Verlängerungsnagels oder der Verriegelungsschrauben erforderlich machen.
- Es ist wichtig, dass bei der ISKD-Implantation die richtige Operationstechnik befolgt wird. Siehe die entsprechende Operationstechnik-Broschüre für Informationen.

MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

- Schmerzen oder Schwellungen durch Einführung in den Knochenmarkkanal.
- Ödeme oder Schwellungen, mögliches Kompartmentsyndrom, Wunden- oder Knocheninfektion.
- Vorzeitige Knochenkonsolidierung (Docking-Site) oder vorzeitige Verlängerung (Docking-Site) oder Verlangsamung der Streckung zu langsam erfolgt, oder das Fehlen verlängerungsfördernder Knochenbildung, wenn die Streckung zu schnell erfolgt.
- Nichtheilen der gewünschten Länge oder potentieller Überlänge
- Schlechte Qualität des regenerierten Knochens, der nicht ausreichend konsolidiert.
- Bruch des regenerierten Knochens
- Verbiegen oder Brechen des internen Knochenverlängerungsnagels, Lockerung, Verbiegung oder Bruch der Verriegelungsschrauben.
- Unfähigkeit, den internen Knochenverlängerungsnagel oder die Verriegelungsschraube(n) zu ersetzen oder zu entfernen.
- Nerven-, Gefäß- oder Sehnenverletzung.
- Überempfindlichkeit gegenüber Implantaten
- Pulmonale Embolie und thromboembolische Erkrankungen oder intramedullärer Druck. Diese Effekte können durch Entlüftung des Markkanals vermieden werden. (Siehe operative Technik.)
- Schmerzen, Unbehagen des Patienten/Gewebes.
- Intrinsische Risiken, die mit Anästhesie und Chirurgie verbunden sind.
- Risiken, die mit dem Verlängerungsprozess verbunden sind (z. B. Weichteilspannung, Muskelverspannung, Gelenksteifheit, vorübergehender Bewegungsverlust, Kontraktur, Fehlstellung oder Bewegungsumfang, etc.)
- Amputation.

WICHTIG

- Nicht in jedem chirurgischen Fall wird ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Weitere Komplikationen können jederzeit aufgrund unsachgemäßer Verwendung, medizinischer Gründe oder Versagen des Implantats auftreten, die einen erneuten chirurgischen Eingriff zur vorzeitigen Entfernung oder Ersetzung des Implantats erforderlich machen. Ein angemessenes medizinisches Urteilsvermögen und die Auswahl des Patienten sowie die Fähigkeit des Patienten, sich an die Anweisungen zur postoperativen Pflege zu halten, werden die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen.

MATERIALIEN

Die Oberflächen, die mit dem ISKD Gliedmaßenverlängerungsnagel und den Verriegelungsschrauben in Kontakt kommen, bestehen aus Titanlegierung in Implantatqualität. Die ISKD Instrumente bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

STERILITÄT

STERILE und NICHT STERILE PRODUKTE
- Orthofix bietet Produkte in STERILER oder NICHT STERILER Ausführung an. Kontrollieren Sie in Ihrem Zusammenhang die auf den Produkten angebrachten Kennzeichnungen.
- Nur zur einmaligen Verwendung, nach Gebrauch sind sie sofort mit einem Behälter mit scharfen Gegenständen entsorgen.
- Geräte oder Kits, die als STERIL geliefert werden, sind sterilisiert. Der Inhalt der Verpackung ist steril, sofern die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde.
- Orthofix empfiehlt, dass alle NICHT STERILEN Komponenten vor dem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und sterilisiert werden. Komponenten sollten vor jeder Verwendung im Operationssaal gereinigt und sterilisiert werden.
- Die Produktintegrität und -leistung sind nur gewährleistet, wenn die Verpackung unbeschädigt ist.

Reinigung, Sterilisation und Wartung

Die Reinigung ist eine wesentliche Voraussetzung, um die effektive Desinfektion oder Sterilisation zu gewährleisten. Alle Instrumente müssen vor dem ersten und nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Die Reinigung erfolgt gemäß dem nachfolgenden beschriebenen Reinigungsprozess unter Verwendung von validierten Reinigungsmitteln und -geräten, die vom Krankenhaus validiert wurden.

WARNHINWEISE

- Instrumente, die Aluminium enthalten, werden durch alkalische (pH>7) Reinigungsmittel und Lösungen beschädigt.
- Eloxierte Beschichtungen werden durch Re

JA

重要 - 使用前にお読みください
ISKD システム -INTRAMEDULLARY KELETAL KINETIC DISTRACTOR - (骨髄内四肢延長器具) - RX ONLY (医家向け)

適用
ISKD システムは、大腿骨および脛骨の骨髄内四肢延長術での使用を意図しています。

説明
ISKD システムは、大腿骨および脛骨を段階的に延長することを意図して設計された骨髄内四肢延長器具です。このシステムは、伸縮式骨髄内四肢延長器、ロッキングスクリュー、専用器具から構成されています。患者が行う四肢の回転運動で生じるわずかな振動により、ISKD 骨髄内四肢延長器具は段階的に牽引を行います。牽引の度合いは、患者の活動レベルの変更や手動で患肢を動かすことによって変化する可能性があります。このため、医師は定期的に牽引の到達度を監視する必要があります。ISKD システムで良好な結果を得るためには、適切な術前計画が重要です。詳しくは、X 線撮影技術、四肢測定、適切な ISKD インプラントの選択など、該当する手術手技書を参照してください。

禁忌
1. 活動性感染症が認められる患者または骨の直径が ISKD 骨髄内四肢延長器の挿入を妨げる可能性のある患者。
2. ISKD 骨髄内四肢延長器具が関節腔に交わる、もしくは未熟骨格を持つ患者などの骨端成長板を開く可能性がある場合の施術。
3. 閉塞した髄腔、または末梢血管疾患や血管分布異常、血液供給の制限など、治癒が遅れる傾向のあるその他の疾患を持つ患者。
4. 重度の骨減少症、骨粗しょう症、骨髄炎、難治性糖尿病、ページェット病などの骨質不良または代謝性骨疾患を持つ患者。
5. 伸延を施す骨に腫瘍または悪性腫瘍がある患者。
6. 術後の指導を遵守しない患者または遵守する能力がない患者。
7. ISKD 骨髄内四肢延長器具が挿入されている間に MRI(磁気共鳴映像法) の使用が必要になる患者。**ISKD 骨髄内四肢延長器具が挿入されている患者には MRI 検査を行わないでください。**

警告
1. ISKD 骨髄内四肢延長器具およびロッキングスクリューの組立部品は、患者の全体重の負荷に耐えられるようには設計されていません。患者は延長部に癒合が見られるまで、外部サポートの使用または活動の制限、またはその両方を行う必要があります。
2. ISKD 骨髄内四肢延長器内には磁石が封入されているため、心臓のペースメーカーを使用している患者に ISKD システムを施すことは推奨されません。ISKD 伸延器具を挿入した患肢が、埋め込まれたペースメーカーのすぐ近くに来る可能性があります。
3. 著しく肥満である患者への ISKD システムの使用は推奨されません。
4. ISKD システムは、多発性外傷の患者には適切ではない場合があります。
5. 脛骨または大腿骨において偽関節が見られる患者への ISKD システムの使用は推奨されません。
6. 喫煙、慢性的なステロイド使用およびその他の抗炎症薬の使用は、骨折治癒に影響を及ぼすことが確認されており、患肢伸延の過程で骨の再生に対する有害な事象が生じる可能性があります。
7. ISKD 伸延器具およびロッキングスクリューは再使用しないでください。再使用は、装置の誤動作の原因となり、伸延器具またはロッキングスクリューの除去または交換のため、外科的な再介入が必要となる恐れがあります。

使用上の注意
1. 使用前に ISKD システムのすべてのコンポーネントが適切に使用可能な状態であることを注意して確認してください。ISKD システムのコンポーネントに欠陥がある、破損している、またはそれらが疑われる場合には、使用しないでください。
2. ISKD 骨髄内四肢延長器具を一旦挿入すると、医師が事前に決定した長さに到達するまで牽引が行われます。詳しくは、X 線撮影技術、四肢測定、適切な ISKD インプラントの選択など、該当する手術手技書を参照してください。
3. 装置を確実に正しく機能させるために、リーマーを用いて伸延器の直径よりも 2.0mm 広い幅で髄内を切削します。この幅が確保されていない場合、機器の誤作動の原因となり、伸延器具またはロッキングスクリューを除去または取り換えるために外科的な再介入を要する場合があります。
4. 装置を激しく打ち込まないでください。強く打ち込むことは装置の誤作動の原因となり、伸延器具またはロッキングスクリューを除去または取り換えるために外科的な再介入を要する場合があります。
5. ISKD 伸延器具が骨髄の管内で隙間なく挿入された状態にならないようにすることが重要です。隙間がないと、伸延メカニズムが機能するのに必要な回転運動ができなくなります。この幅が確保されていない場合、機器の誤作動の原因となり、伸延器具またはロッキングスクリューを除去または取り換えるために外科的な再介入を要する場合があります。
6. ISKD インプラント手術は適切な手技で実施してください。ISKD の適切な手術手技書を参照してください。

予想される有害事象
1. 骨髄内への挿入による神経損傷または血管の損傷。
2. 浮腫または腫脹、コンパートメント症候群の可能性、創傷部または骨への感染。
3. 牽引が遅すぎる場合、伸延骨形成中の早期の骨硬化。牽引が急速に起こる場合、骨形成不全。
4. 患肢が意図した長さに到達しない、または意図した長さを超過する可能性。
5. 十分な癒合が行われない骨質の弱い骨の再生。
6. 再生骨の骨折。
7. 骨髄内四肢延長器の変形または破損、ロッキングスクリューの緩み、変形、破損。
8. 骨髄内四肢延長器またはロッキングスクリューの交換または除去を目的とした再手術。
9. 金属アレルギー。
10. 骨切除の部位における癒合遅延または癒合不全。
11. 骨髄内圧の上昇による髄内肺塞栓および血栓性静脈炎。これらの事象は、髄管内の組織を除去することにより回避することができます。(手術手技書を参照してください)
12. 創傷部の血腫および虚血壊死。
13. 麻酔および手術に内在する危険性。
14. 伸延過程に内在する危険 (軟組織にかかる張力、筋肉の緊張、関節の硬直間、一時的な運動制限、拘縮、調節制限または可動域制限など)。
15. 難治性疼痛。

重要
すべての症例で良好な結果が得られるわけではありません。不適切な使用、医学上の理由、器具の不具合により、伸延器具またはロッキングスクリューの除去や交換をするために再度外科的処置が必要となります。適切なインプラントおよび患者の選択と、患者が術後の処置に関する指示に従う能力を有しているかどうかが、治療結果に大きく影響します。

材質
ISKD 骨髄内四肢延長器具およびロッキングスクリューの挿入時に接触する表面は、インプラントグレードのチタン合金で作られています。ISKD 器具は医療用ステンレススチール製です。

滅菌

滅菌品と未滅菌品
- Orthofix 製品には滅菌済品と未滅菌品があります。各製品の包装に貼られたラベルを確認してください。
- 滅菌品 (器具あるいはキット品) には次のラベルが貼付されています。包装が開封または破損していない限り、滅菌性は担保されています。万一、包装が開封または破損している場合は使用しないでください。
- Orthofix は、すべての未滅菌品を、下記の手順で洗浄、滅菌することを推奨します。下記を参照してください。
- Orthofix は、製品の包装が破損していない場合にのみ製品の性能を保証します。

洗浄、滅菌とメンテナンス
洗浄は、効果的な消毒または滅菌を保証するための重要な処理です。すべての器具を、使用前と再使用後に洗浄する必要があります。洗浄は、以下に説明する洗浄手順に従い、洗浄装置を使用して実施してください。また、洗浄装置は病院で点検してください。

警告
- アルミニウム製の器具は、アルカリ (pH>7) 洗剤により腐食が発生します。
- 陽極酸化コーティングは、遊離したハロゲンイオン (フッ素イオン、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン) や水酸化ナトリウムが含まれている洗剤により腐食が発生します。
- フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、または水酸化物イオンを含む洗剤や消毒剤は**使用しないでください**。
- **単回使用と記載された製品は再使用しないでください。**
- ヒンジのついている器具、中空部のある器具や表面に接合部がある器具など複雑な形状の器具は、機械による洗浄を行う前に用手洗浄を行い、奥に溜まった汚れを取り除いてください。

再使用に関する制限事項
- 再処理の繰り返しによる再使用可能な固定器や器具への影響は、非常に小さなものです。
- 製品の寿命は、通常、使用による摩耗や損傷によって判断してください。

使用時の注意事項
- 器具は、使用後、すぐに再処理することを推奨します。その際、40° C 未満の水または中性洗剤で満たした容器に使用した器具を 10 分以上浸漬した後、柔らかい布やブラシで汚れを取り除いてください。
- 再処理に影響を及ぼす可能性があるため、残留物を固着させるような洗剤や温水は使用しないでください。

格納および運搬
- 汚染物質および生物学的危害を引き起こす物質を取り扱う場合は、病院の手順に従って下さい。
- 使用済の手術器具はすべて汚染されたものとして扱って下さい。これらの収集および運搬は、患者、職員または医療施設内のすべての場所における危険を最小限に抑えるため、厳密に管理する必要があります。

汚染除去の準備
- 製品を分解します (分解できる場合)。詳細については、Orthofix の手術手技書を参照してください。

洗浄 : 手動
1. 単体のコンポーネントを溶液に浸します。酵素系の中性洗浄剤を使用することをお勧めします。洗浄剤の濃度、適切な洗浄時間、適切な温度については、使用する洗浄剤のメーカーのデータシートを参照してください。
2. 洗浄液に浸した単体のコンポーネントの表面全体を、柔らかいブラシを使用して目に見える汚れがなくなるまで、あるいは最低 5 分間こすります。金属製ブラシは使用しないでください。柔らかいブラシをねじるように動かし、必要な場合は洗剤を満たしたシリンジを使用して、中空部の付着物を取り除きます。ヒンジの洗浄の際は、すべての部位が洗浄できていることを確認してください。
3. 水道水を流しながら、単体のコンポーネントの汚れをすすぎます。
4. 脱気溶液に単体のコンポーネントを入れ、超音波洗浄を行います。酵素入り中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用することをお勧めします。洗浄剤の濃度、適切な洗浄時間、適切な温度については、使用する洗浄剤のメーカーのデータシートを参照してください。
5. 滅菌水や新しく用意した精製水でコンポーネントをすすぎます。
6. 吸水性の高い布、不織布や工業用ドライヤーを使用して、最低 5 分間丁寧に乾燥させます。

洗浄 : 機械による洗浄
- 中空部がある器具や、複雑な形状をした器具を洗浄する場合は、最初に用手洗浄が必要になる場合があります。
- 適切に保守および調整された検査済みのウォッシャーディスインフェクターを使用してください。
1. すべての器具を洗浄容器に入れます。
2. 洗浄機の架台の方向に合わせて器具を配置します。
3. 酵素入り中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用することをお勧めします。アルカリ洗剤を使用する際は、中和剤を使用してください。洗浄剤の濃度、適切な洗浄時間、適切な温度については、使用する洗浄剤のメーカーのデータシートを参照してください。
   Orthofix は、少なくとも以下の手順で洗浄することをお勧めします。
   1. 低い温度での予備洗浄
   2. 本洗浄
   3. 脱塩水でのすすぎ
   4. 熱消毒
   5. 乾燥
4. 滅菌水や新しく用意した精製水でコンポーネントをすすぎます。
5. 吸水性の高い布、不織布や工業用ドライヤーを使用して、丁寧に乾燥させます。

メンテナンス、点検、試験
- すべての器具と製品コンポーネントは、清潔かつ十分に明るい場所で目視点検してください。目視点検で器具に汚れが見つかった場合は、汚れが見えなくなるまで洗浄手順を繰り返す必要があります。
- 滅菌前に、すべての器具および製品コンポーネントに使用上の不具合の原因となるような兆候がないこと (表面の亀裂や破損など) を目視で確認し、機能試験を行ってください。
- 器具またはコンポーネントに欠陥や破損がある、またはそれらが疑われる場合には、使用しないで下さい。
- 切断器具についてはその鋭さを確認してください。
- 器具が複数のコンポーネントで構成されている場合は、コンポーネントを組み立てて確認してください。

包装 :
- 滅菌後の汚染を防ぐため、滅菌前のトレイを滅菌用コンテナに入れるか、あるいは検査済みの滅菌包装材で滅菌前のトレイを覆ってください。
- 滅菌トレイに他のシステムや器具を入れないでください . 滅菌トレイへの過積載状態では、滅菌は保証されません。

滅菌 :
- 蒸気滅菌を推奨します。オーソフィックス製品では、ガスプラズマ滅菌、乾熱滅菌、EOG 滅菌による影響が検証されていないため、行わないでください。
- 適切に保守および調整された検査済みの蒸気滅菌器を使用してください。
- 処理を効果的なものにするため、適切な品質の蒸気を使用してください。
- 140° C (284° F) を超えないようにしてください。
- 滅菌中はトレイを重ねないでください。
- プレバキューム式の高圧蒸気滅菌器では、以下の条件に従って滅菌してください。

高圧蒸気滅菌器のタイプ	プレバキューム式
最低曝露温度	132° C (270° F)
最低曝露時間	4 分
乾燥時間	30 分

保管
滅菌された器具は、乾燥したほこりのない清潔な環境で室温にて保管してください。

製造業者への問い合わせ
詳細については、最寄りのオーソフィックス販売担当者までご連絡ください。

免責条項
この取扱説明書の記載は、再使用可能な製品の再使用の方法、および初回使用の製品の正しい準備の方法として、オーソフィックス社で検証が行われています。再処理施設の設備や器具、人材によって実施される再処理の結果は、再処理を行うものがその責任を負います。そのためには、日常的な洗浄滅菌処理のモニタリングの実施と洗浄滅菌処理の妥当性確認が必要です。洗浄、消毒および滅菌工程については、十分に記録をとるようにしてください。さらに、指示された条件からの逸脱が確認された場合は、その有効性を適切に評価し、予想される不具合・有害事象も適切に記録する必要があります。

参考文献 :

1. AAMI TIR12 -「医療機関における再処理に対する再使用可能な医療機器の設計、検査、およびラベル貼付について : 医療機器製造業者のためのガイド」
2. AAMI TIR30 -「再使用可能な医療機器の洗浄の処理、設備、検査手順、許容範囲基準の概要」
3. AAMI TIR34 -「医療機器の再処理用の水」
4. ANSI/AAMI ST67 -「医療用品の滅菌 - 滅菌済のラベルが貼付されている製品で無菌性保証水準 (SAL) を得るための要件とガイダンス」
5. ANSI/AAMI ST77 -「再使用可能な医療機器滅菌用の格納器具」
6. ANSI/AAMI ST79 -「医療機関における蒸気滅菌および滅菌保証のための総合ガイド」
7. ISO 11607 -「最終段階で滅菌される医療機器の包装」
8. ISO 15883-1 -「洗浄 / 殺菌 : 一般的要件、定義、試験」
9. ISO 17664 -「医療機器の滅菌 - 製造業者によって提供されるべき再滅菌可能な医療機器再生処理に関する情報」
10. ISO 17665-「医療機器の滅菌 - 湿熱」

記号

⚠ i	取扱説明書を参照してください
⊗	単回使用です。再使用禁止
STERILE EO	滅菌品エチレンオキサイドによる滅菌
STERILE R	滅菌品 (放射線滅菌)
NON STERILE 未滅菌品	未滅菌品
REF	カタログ番号
LOT	ロット番号
⌛	使用期限 (年 - 月 - 日)
T	チタン合金
CE 0123	2007/47/EC によって改訂された MDD 93/42/ECC に適合する CE マーク
🏭	製造年月日 / 製造者
⊗	包装が破損している場合は使用しないこと。
RX ONLY	連邦法 (米国) により、本製品の販売は外科医の注文による販売のみに制限されています。

ZH

重要信息 - 操作前请仔细阅读
ISKD 系统 - 金属带锁髓内钉（可延长）- 仅 RX

适应症
ISKD 系统设计用于胫骨和股骨的肢体延长术。

说明
ISKD 系统是一套用于实现胫骨和股骨逐渐延长的内置肢体延长器械。ISKD 系统由可伸缩的内置肢体延长器、锁定螺钉和仪器组成。当患者的肢体做小幅度旋转摆动时，ISKD 内置肢体延长器会逐渐牵拉。牵拉速度可通过改变患者的活动水平或手动操控肢体而变化。医生应定期监测已完成的牵引量。正确的术前计划对于顺利使用 ISKD 系统至关重要。有关 X 光技术、肢体测量和合适的 ISKD 植入物选择等内容，请参阅相关的操作技术说明。

禁忌症
1. 伴有活动性感染或骨直径不规则而可能妨碍 ISKD 内置肢体延长器插入的病例。
2. ISKD 内置肢体延长器可能会穿过患者关节腔或开放骨骺生长板的病例，如骨骼发育未完全的患者。
3. 患者出现骨髓管闭塞或可能导致痊愈缓慢的其他情况，如供血受限、周围血管疾病或血管分布不完全的症状。
4. 骨骼质量差或患有代谢性骨病的患者，如严重的骨质减少、骨质疏松、骨髓炎、控制不好的糖尿病和佩吉特病等。
5. 延长骨有恶性肿瘤或肿块的患者。
6. 不愿或者无法遵从术后护理指导的患者。
7. 在 ISKD 内置肢体延长器植入过程中需要使用核磁共振 (MRI) 的患者。**请勿安排已植入 ISKD 内置肢体延长器的患者接受 MRI 检查。**

警告
1. ISKD 内置肢体延长器和锁定螺钉组件无法承受全身体重的压迫。在骨质愈合之前，患者应利用外部支撑物和 / 或限制活动。
2. 不推荐对安装心脏起搏器的患者使用 ISKD 系统，因为 ISKD 内置肢体延长器内有密封的磁铁。植入 ISKD 延长器的肢体可能会非常靠近植入的起搏器。
3. 不推荐对全身肥胖的患者使用 ISKD 系统。
4. ISKD 系统不适用于多发创伤的患者。
5. 不推荐对胫骨或股骨不连的患者使用 ISKD 系统。
6. 吸烟、长期服用类固醇以及其他抗炎类药物已经证明不利于骨骼愈合，且可能对延长过程中的骨再生产生不良影响。
7. 切勿重复使用 ISKD 延长器和锁定螺钉。重复使用会导致器械故障，从而需要再次手术干预以取出或替换延长器或锁定螺钉。

注意事项
1. 使用前请仔细检查 ISKD 系统的所有组件，确保其处于正常工作状态。请勿使用确认已出现故障、已损坏或疑似损坏的 ISKD 系统组件。
2. ISKD 内置肢体延长器一旦植入，在达到医师预先设定的长度之前将不会停止牵引。有关 X 光技术、肢体测量和合适的 ISKD 植入物选择等内容，请参阅相关的操作技术说明。
3. 为确保器械功能正常，请将其宽度扩展到比延长器直径宽 2.0 mm。否则可能会导致器械故障，从而需要再次手术干预以取出或替换延长器或锁定螺钉。
4. 切勿用力将器械敲打入位。否则可能会导致器械故障，从而需要再次手术干预以取出或替换延长器或锁定螺钉。
5. 很重要的一点是，ISKD 延长器与髓内管不要贴合过紧，以便其能旋转运动，正常发挥延长机制的功能。否则可能会导致器械故障，从而需要再次手术干预以取出或替换延长器或锁定螺钉。
6. 植入 ISKD 时请务必采用正确的操作方法。请参阅相关的 ISKD 操作技术说明。

可能产生的不良反应
1. 因器械插入髓内管而产生的神经或血管损伤。
2. 水肿或肿胀；可能出现膜室综合症、创伤或骨感染。
3. 在牵引过程中，延长太慢会导致成骨过早，而延长太快会导致成骨牵引不足。
4. 未能达到预期的肢体长度或可能肢体过度延长。
5. 新生骨质量差会导致骨愈合不理想。
6. 新生骨骨折。
7. 内置肢体延长器弯曲或断裂；锁定螺钉松动、弯曲或破损。
8. 再次手术以取出或替换延长器或锁定螺钉。
9. 金属过敏。
10. 截骨术部位愈合延迟或骨不连。
11. 因髓内压力增高而导致肺栓塞和血栓性静脉炎。这些影响可通过髓内管开窗来避免。（详见操作方法）
12. 创伤性血肿和缺血性坏死。
13. 与麻醉和手术相关的固有风险。
14. 与延长过程相关的风险（如软组织紧张、肌肉僵硬、关节强直、短时无法运动、挛缩、对线不良或活动范围缩小等）。
15. 顽固性疼痛。

重要事项
并非每次外科手术都能取得满意结果。任何时候都可能因器械使用不当、医疗因素或产品故障造成其他并发症，需要再次手术来取出或替换延长器或锁定螺钉。合理的植入器械和患者选择，以及患者能否遵从医师的术后指导，都会极大地影响疗效。

材料
ISKD 内置肢体延长器和锁定螺钉的接触表面均由植入级钛合金制成。ISKD 仪器由医疗级不锈钢制成。

灭菌

无菌及非灭菌产品
- Orthofix 提供的部分器械为"无菌"器械，而其他器械均为"非灭菌"器械。请检查产品标签，确定每件器械的灭菌状态。
- 无菌包装的产品或套件的标签中均包含此字样。包装内容物均为无菌状态，除非包装已打开或损坏。切勿使用包装已打开或损坏的产品。
- Orthofix 建议您按照推荐的清洁与消毒程序对所有非灭菌组件进行合理清洁与消毒。请参见下面章节。
- 仅包装完好的产品才能保证其完整性和性能。

清洁、灭菌与维护
清洁是确保有效消毒或灭菌的基本前提条件。所有器械在使用之前以及每次重新使用之后必须予以清洁。应依照下述经过批准的清洁程序进行清洁，并且应当使用经过医院批准的清洗仪器和机器。

警告
- 碱性（pH>7）清洁剂和溶剂会损坏含铝的器械；
- 含游离卤素原子或氢氧化钠的清洁剂会损坏氧化物涂层；
- **切勿**使用含氟化物、氯化物、溴化物、碘化物或氢氧离子的清洁剂和消毒剂；
- **切勿重复使用贴有"一次性使用"标签的产品；**
- 带有铰链、内腔或接合面等复杂器械在自动清洗前必须先手动进行彻底清洗，确保掉沉积在深处的污垢；

再处理限制与约束
- 重复再处理对可重用固定支架和器械的影响极其轻微；
- 通常根据使用造成的磨损和损坏程度来决定产品是否报废。

使用点
- 建议尽快对使用后的器械进行合理再处理。将其浸入装满冷水 (< 40° C) 的水槽或 pH 值中性的溶液内至少 10 分钟，然后使用软布或软刷清除脏污；
- 切勿使用容易使残留物凝固的清洁剂或热水，否则会影响再处理流程的效果。

管制和运输
- 处理污染物和生物危害性材料时应遵循医院规定；
- 所有使用过的手术器械均应视为已被污染。对这些器械的搬运、收集和运输应予严格控制，最大程度地减少对患者、人员以及任何医疗设施区域可能带来的风险。

消毒准备工作
- 若有可能，拆散器械。请参阅 Orthofix 操作方法了解更多详细信息。

清洁：手动
1) 将单个组件分别浸泡在清洁溶液中。Orthofix 建议使用 pH 值中性的加酶清洁剂。请参阅洗涤剂制造商技术说明书，了解溶液浓度、所需时间及温度的要求。
2) 使用软毛刷在清洗溶液中刷洗单个组件，时间至少 5 分钟，直到清除掉所有可见污物为止。避免使用金属刷子。使用软刷清除管腔中的残留物，扭动软刷清洗管孔，必要时使用注射器向管孔注射清洁剂。清洗铰链时确保清洗到所有部位；
3. 在流动的自来水中刷洗单个组件；
4. 使用超声波在脱气的清洗溶液中清洗单个组件。Orthofix 建议使用 pH 值中性加酶的或弱碱性的溶液。请参阅洗涤剂制造商技术说明书，了解溶液浓度、所需时间及温度的要求；
5. 在无菌或新鲜纯净水中冲洗组件；
6. 使用吸水的无绒布或工业烘干机进行手动烘干，时长至少五分钟。

清洁：自动
- 待清洁设备带有管腔或者本体较为复杂时，可能需要进行人工初洗。
- 使用经过验证、正确维护并校准的清洗消毒器；
1. 将所有器械放入清洗机篮筐内。
2. 按照清洗机制造商的建议，将器械放置到自动清洗机的托架上。
3. Orthofix 建议使用 pH 值中性加酶的或弱碱性的溶液。使用碱性溶剂时，应当添加中和剂。请参阅洗涤剂制造商技术说明书，了解溶液浓度、所需时间及温度的要求。
   Orthofix 建议循环步骤至少如下：
   1. 在低温下预洗；
   2. 主要清洗；
   3. 用软化水冲洗；
   4. 加热消毒；
   5. 干燥
4. 在无菌或新鲜纯净水中冲洗组件；
5. 使用吸水的无绒布或工业烘干机小心将其手动干燥。

保养、检查和测试
- 所有器械和产品组件均应在光线充足的条件下目视检查其清洁度。如果目视检查到设备不清洁，则必须重复进行清洗步骤，直到产品目视检查清洁为止；
- 消毒之前，应检查所有器械和产品组件有无可能导致使用故障的任何痕迹（例如裂痕或表面损坏）并测试其功能。
- 如果某个组件或器械确认已出现故障、损坏或疑似损坏，则不得使用；
- 切割器械应检查其锐利度；
- 如果器械是大型装置的组成部分，则同时检查该大型装置及其组件配合情况；

包装:
- 消毒之前采用经过批准的材料对器械托盘进行包装或将其插入固定的消毒柜中，防止消毒之后再次受到污染；
- 禁止在灭菌盘中加入其它系统或器械。如果灭菌托盘超载，灭菌效果就难以保证。

灭菌:
- 建议采用蒸汽灭菌。应避免采用气体等离子体、干燥加热和环氧乙烷方式进行消毒，因为尚未验证上述方式是否对 ORTHOFIX 产品有效；
- 使用经过验证、正确维护并经过校准的蒸汽灭菌器；
- 蒸汽质量应当符合流程要求，确保有效；
- 不得超过 140° C (284° F)；
- 灭菌时请勿将托盘堆叠在一起；
- 使用高压蒸汽灭菌法，按照下表中的分馏预真空循环进行消毒：

蒸汽灭菌器类型	预真空
最低暴露温度	132° C (270° F)
最短持续时间	4 分钟
干燥时间	30 分钟

存放
已消毒器械应存放在干燥、清洁、无尘的室温环境中。

制造商联系方式
请与您当地的 Orthofix 销售代表联系，了解其他详细信息。

免责声明
以上说明业经 Orthofix 验证，是对器械首次临床使用或多用途器械再次使用所需准备工作的真实描述。再处理操作人员应负责确保再处理过程（使用再处理设施的设备、材料和人员进行的实际操作）达到预期效果。这通常需要对流程进行检查和例行监控。应详细记录清洁、杀菌和消毒流程。同样，再处理操作人如有任何与厂商说明不同的操作，应充分评估并记录其效果和潜在不良后果。

参考资料:

1. AAMI TIR12 -《医疗机构可重复使用医疗器械再处理的设计、测试和标示：医疗器械制造商指南》
2. AAMI TIR30 -《可重复使用医疗器械清洗的流程、材料、测试方法和验收标准纲要》
3. AAMI TIR34 -《医疗器械再处理用水》
4. ANSI/AAMI ST67 -《医疗产品的灭菌 - 标示为"无菌"的产品在选择灭菌保证水平时的要求和指南》
5. ANSI/AAMI ST77 -《可重复利用的医疗器械杀菌用密封装置》
6. ANSI/AAMI ST79 -《医疗设备中蒸汽灭菌和灭菌保障综合指南》
7. ISO 11607 -《最终灭菌医疗器械的包装》
8. ISO 15883-1 -《清洗机 / 消毒器：一般要求、术语、定义和试验》
9. ISO 17664 -《医疗器械的灭菌 - 由制造商提供的可重新灭菌医疗器械的处理信息》
10. ISO 17665 -《医疗保健产品灭菌 - 湿热》

符号

⚠ i	请参阅使用说明书
⊗	一次性使用。不得重复使用
STERILE EO	无菌产品。环氧乙烷消毒
STERILE R	无菌产品。放射灭菌
NON STERILE 非灭菌产品	非灭菌产品
REF	目录号
LOT	批号
⌛	有效期限（年 - 月 - 日）
T	钛合金产品
CE 0123	Ce 标志符合 MDD 93/42/ECC 指令（根据 2007/47/EC 修订）的要求
🏭	生产日期 / 制造商
⊗	切勿使用已打开包装或包装已破损的产品
仅 RX	美国联邦法律限制医师销售或订购这些器械。